MSA detektor vsebnosti plinov ALTAIR 5X IR, Penta: CO/H2S, CO2



Lastnosti indikatorjev:
multi - detektor plinov , neomejen čas

Področje uporabe:
Vstop v zaprt prostor (CSE)

Znamke: MSA

Predpis:
EN 60079-11, FTZU 09 ATEX 0006 X

OPIS IZDELKA za MSA detektor vsebnosti plinov ALTAIR 5X IR, Pentan, O2, CO/H2S, CO2

MSA® MULTI DETEKTOR PLINA ALTAIR 5X:
C5H12 (pentan), O2 (kisik), CO/H2S (ogljikov monoksid/ vodikov sulfid), CO2 (ogljikov dioksid)
· Nova XCell® tehnologija senzorjev
· Hitra odzivnost in kalibracija
· Izjemno robustno ohišje
· BArvni ekran
· Integriran Bluetooth vmesnik
· Alarm gibanja (alarm pri mirovanju)
· Takojšen alarm (alarm v sili)
· 3 leta garancije

PREDPISI: EN 60079-11, FTZU 09 ATEX 0006 X

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.
	MS-0693

PREDPISI za MSA detektor vsebnosti plinov ALTAIR 5X IR, Pentan, O2, CO/H2S, CO2

EN 60079-11, FTZU 09 ATEX 0006 X

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 60079-11, FTZU 09 ATEX 0006 X | Eksplozivna območja - 11 del: Zaščita opreme skozi notranjo varnostjo "i"



Ta del predpisa EN 60079 določa načrtovanje in testiranje sebi varne opreme za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi. v tem predpisu je zajeta tudi pripadajoča oprema, namenjena za povezavo z varnimi tokokrogi, ki vstopajo v takšno atmosfero. Stopnja zaščite velja za električne naprave, pri katerih električni tokokrogi sami ne morejo povzročiti eksplozije v okoličkih potencialno eksplozivnih območjih.

Predpis EN 60079 velja tudi za električno opremo ali dele električne opreme, ki so zunaj potencialno eksplozivne atmosfere ali so zaščiteni z drugo vrsto zaščite, navedene v EN 60079-0, če je lastna varnost električnih tokokrogov v potencialno eksplozivni atmosferi odvisna od zasnove in vrste električne opreme ali delov te električne opreme.